

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
Ul. Armii Krajowej 34
98-200 Sieradz

Sieradz, dnia 22.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej do walki z epidemią COVID-19 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w ramach projektu grantowego „Łódzkie pomaga-II tura” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.”

ID postępowania: **d4dd121d-aef7-4b9d-ae53-ad8fdf88e7b3**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - dalej jako ustawa PZP, w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy PZP, udostępnia treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz wyjaśnieniami oraz zgodnie z art 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na część 2 , w zakresie informacji uzupełniających kryteria oceny ofert dla części 3, w zakresie opisu asortymentu w formularzu cenowym na część 2 i 3 i otwarcia ofert i terminu związania ofertą ::

Pytanie nr 1- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c)

Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla pozycji 1 w zadaniu nr 3 lub wydzielił maski ochronne FFP2 do pakietu 3A.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej maski?

Półmaska filtrująca FFP 2 NR bez zaworu o budowie kubełkowej (3 wymiarowej). Wykonana z 5 warstw włóknin polipropylenowych o łącznej gramaturze 155 g/m² , wyposażona w sztywnik nosowy metalowy umieszczony pomiędzy warstwami maski. Rozmiar 15,5 cm x 10,5 cm, z bezlateksowymi gumkami. Półmaska zaklasyfikowana jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typu FFP2 NR zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425. Oferowana półmaska posiada wyniki testów przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zgodność z normą EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR oraz certyfikat zgodności z EN 149:2001+A1:2009, poziom filtracji bakteryjnej>99,9%. Na każdej pojedynczej sztuce nadrukowany znak CE z numerem jednostki notyfikowanej. Wyrób pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe, następnie w kartonowy dyspenser po 50 szt.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wymaga zaoferowanie produktu zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ oraz szczegółowo określonymi w kolumnie 2 załącznika nr 2c do SWZ, dotyczącej parametrów (wymagań minimalnych). Zamawiający dokona weryfikacji parametrów zaoferowanych masek na etapie badania ofert.

Pytanie nr 3- dot. poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego fartucha niejałowego, wykonanego w włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² w kolorze niebieskim. Fartuch w rozmiarze uniwersalnym tj. 120cm x 140 cm wiązany na troki, z rękawem zakończonym elastyczną bezlateksową gumką.

Odpowiedź nr 3- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4- dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c)

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 o następujących parametrach:

Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,38 mbar (238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wymaga zaoferowanie produktu zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ oraz szczegółowo określonymi w kolumnie 2 załącznika nr 2c do SWZ, dotyczącej parametrów (wymagań minimalnych). Zamawiający dokona weryfikacji parametrów zaoferowanych masek na etapie badania ofert.

Pytanie nr 5- dot. poz. 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c)

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m²?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze min. 25g/m²

Pytanie nr 6- dot. poz. 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c)

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza fartuchy w kolorze zielonym.

Pytanie nr 7 dot. poz. 1 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c)

Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną FFP2:

- posiada 5 warstw ochronnych
- posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy
- zakładana na gumkę na uszy
- zapewnia skuteczną filtrację bakterii $BFE \geq 94\%$
- ochrania przed przeniesieniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami
- wysoka przepuszczalność powietrza – nie ogranicza swobodnego oddycha
- nie zawiera lateksu
- hipoalergiczna
- jednorazowego użytku
- pakowana pojedynczo
- produkt opatrzony znakiem CE
- zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009, typ IIR

Odpowiedź nr 7: Zamawiający wymaga zaoferowanie produktu zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ oraz szczegółowo określonymi w kolumnie 2 załącznika nr 2c do SWZ, dotyczącej parametrów (wymagań minimalnych). Zamawiający dokona weryfikacji parametrów zaoferowanych masek na etapie badania ofert.

Pytanie nr 8 dot. poz. 2 formularza cenowego na część 3 (zał. nr 2c)

Czy Zamawiający dopuści Fartuch jednorazowy niejałowy:

- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m²; lub min. 30g/m²
- wiązany na troki;
- rękaw zakończony gumką lub mankietem;
- rozmiar uniwersalny;
- kolor zielony

2. Gwarancja min. 24 miesiące.

3. Deklaracja zgodności z normami UE.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający wymaga zaoferowanie produktu zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ oraz szczegółowo określonymi w kolumnie 2 załącznika nr 2c do SWZ, dotyczącej parametrów (wymagań minimalnych). Zamawiający dokona weryfikacji parametrów zaoferowanych fartuchów na etapie badania ofert.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. dodaje się pkt 8 do „CZĘŚĆ NR 3 - ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ” w SWZ o treści:

„8. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać maksymalnie okresowi gwarancji producenta. W przypadku zaoferowanego dłuższego okresu gwarancji od gwarancji producenta- oferta podlega odrzuceniu”

2. dodaje się zapis w pkt 4 w rozdziale XXIII SWZ o treści :

UWAGA!!! Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę W CZĘŚCI III- środki ochrony indywidualnej musi odpowiadać maksymalnie okresowi gwarancji producenta. W przypadku zaoferowanego dłuższego okresu gwarancji od gwarancji producenta- oferta podlega odrzuceniu.

3. Zmianie ulega Załącznik nr 2b- Formularz cenowy, który zmienia nazwę na - Załącznik nr 2b- Formularz cenowy Modyfikacja I, w zakresie jak poniżej (zmiany na żółto)

Asortyment	Parametry (wymagania minimalne)
1	2
1) ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE	1. Wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita 219 cm +/- 3 cm , szerokość całkowita 103 cm +/- 3 cm 2. Wymiary leża: długość 200 cm +/- 2 cm, szerokość 90 cm +/- 2 cm; 3. Minimalna nośność łóżka 150 kg. 4. Segmenty pleców i ud regulowane elektrycznie pilotem. 5. Elektryczna sterowana pilotem regulacja wysokości leża od podłogi od 40 cm +/- 5 cm do 80 cm +/- 5cm. 6. W komplecie wysięgnik z trójkątem. 7. Bariereki drewnopochodne na całej długości leża. 8. Bariereki w kolorze szczytów drewnopochodnych. 9. Elementy drewnopochodne w kolorze buk. 10. Zasadnicze metalowe elementy konstrukcji malowane proszkowo. 11. Konstrukcja na kółkach jezdnych blokowanych. 12. Gwarancja min. 24 miesiące. 13. Deklaracja zgodności z normami UE. 14. Nazwa oferowanego sprzętu* Producent:..... Typ:.....

4. zmianie ulega Załącznik nr 2c- Formularz cenowy, który zmienia nazwę na - Załącznik nr 2c- Formularz cenowy Modyfikacja I, w zakresie jak poniżej (zmiany na żółto):

Asortyment	Parametry (wymagania minimalne)
1	2
1) MASKA OCHRONNA FFP2	1. Maska ochronna FFP2: - wyrób medyczny (VAT 8%) - o ergonomicznym kształcie, - bez zaworu wydechowego; - z usztywnieniem na nos w postaci metalowej blaszki, - efektywność filtracji bakteryjnej min. 98 %; - mocowanie za pomocą gumek; - nie zawiera lateksu; - rozmiar uniwersalny, - minimum 3-warstwowa. 2. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię. 3. Każda maseczka powinna posiadać nadrukowaną: - Nazwę własną produktu - Nazwę producenta - CE wraz czterocyfrowym z numerem jednostki notyfikacyjnej - Numer normy, którą dany produkt spełnia - Oznakowanie Klasy produktu tj. FFP2 3. Gwarancja min. 24 miesiące** . 4. Deklaracja zgodności z normami UE. 5. Nazwa oferowanej maski* Producent:..... Typ:.....
2) FARTUCH JEDNORAZOWY NIEJAŁOWY	1. Fartuch jednorazowy niejałowy: - wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m²; - wiązany na troki; - rękaw zakończony gumką bez elementów lateksowych lub mankietem; - rozmiar uniwersalny o wymiarach 120 cm (+/- 5 cm) x 140 cm (+/- 10 cm); - kolor do wyboru przez Wykonawcę; - wyrób medyczny (vat 8%) 2. Gwarancja min. 24 miesiące** 3. Deklaracja zgodności z normami UE.

**** Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać maksymalnie okresowi gwarancji producenta. W przypadku zaoferowanego dłuższego okresu gwarancji od gwarancji producenta- oferta podlega odrzuceniu**

5. Zmianie ulega termin składania ofert z 27.04 .2021 r. o godz. 09.30 **na 28.04 .2021 r. o godz. 09.30.**

6. Zmianianie ulega termin otwarcia ofert z 27.04.2021 r. o godz. 10.00 **na 28.04 .2021 r. o godz. 10.00.**

7. Zmianianie ulega termin związania ofertą z 26.05.2021 r. o godz. 09.30 **na 27.05 .2021 r.**

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i zmiana treści SWZ—są wiążące dla wszystkich Wykonawców, stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Aleksandra Gładomska

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu